

Mode d'emploi pour utilisation avec SYSAM CAMPUS

1. Généralités

Ce logiciel est destiné au pilotage des interfaces SYSAM SP5, SYSAM PCI et SYSAMV6 d'Eurosmart pour les mesures électriques du programme de physique-chimie du lycée. Il a été conçu pour permettre le paramétrage facile de l'interface (prise en main rapide, réglages les plus courants directement accessibles dans la fenêtre principale), et pour ensuite transférer vers REGRESSI, d'un simple clic, les mesures réalisées. Quelques fonctionnalités simples permettent d'affiner les données transmises. Le logiciel ne comporte pas de menu, mais des boutons qui déclenchent les diverses actions. Les "conseils" de ces boutons permettent de connaître sommairement leur rôle (il suffit d'immobiliser le pointeur de la souris sur l'un d'eux pour voir apparaître le conseil). Enfin, un guide permet de connaître les actions possibles à chaque étape du protocole d'acquisition.

Ce mode d'emploi ne concerne que l'utilisation de « Mesures Electriques » avec SYSAM CAMPUS.

2. Réglages des paramètres d'acquisition

a. Entrées et calibres.

Les entrées sont au nombre de quatre (V1, V2, V3 et V4). Elles fonctionnent systématiquement en mode différentiel : c'est la tension injectée entre l'entrée la borne + rouge et la borne – noire (qui n'est pas une masse) qui va être mesurée (cette tension est notée u_i). Les entrées doivent être activées. L'entrée V1 est la seule activée par défaut. Chaque voie comporte quatre calibres que l'on peut régler individuellement.

b. Réglages temporels.

L'interface réalise les mesures à des instants régulièrement espacés d'un temps T_e (appelé temps d'échantillonnage) qui est un multiple entier de 100 ns.

On ne peut choisir que le nombre d'instant et la durée totale de l'acquisition. Le logiciel détermine l'intervalle T_e (temps d'échantillonnage) en fonction de ces choix et de la contrainte décrite ci-dessus. Priorité est donnée au choix de la durée totale: le logiciel rectifie le nombre de points en fonction de la contrainte, en restant le plus près possible du nombre de points choisi. Lorsque la durée totale est petite, elle peut également être ajustée par le logiciel, par excès.

c. Le réglage du nombre de points.

Pour la centrale SYSAM CAMPUS le nombre maximal de points que l'on peut acquérir est de 4000, sauf si les quatre voies sont activées, auquel cas il se réduit à 3200. On peut sélectionner un nombre prédéfini, ou bien une valeur quelconque. Le logiciel corrige la valeur saisie en fonction des contraintes décrites ci-dessus.

3. Le déclenchement des mesures.

Il s'agit de l'opération qui consiste à démarrer les mesures. Le clic sur **[Démarrer l'acquisition]** ou l'appui de la touche **[F10]** provoquent le déclenchement. Il y a alors trois possibilités, le choix se faisant dans la liste déroulante "Type".

a. Manuel

Lorsque le type de déclenchement est manuel, les mesures commencent dès le clic sur **[Démarrer l'acquisition]** ou dès l'appui de la touche **[F10]**.

b. Sur seuil

Le démarrage des mesures n'a réellement lieu que lorsque la tension de la voie sélectionnée (parmi les voies actives) dans la liste déroulante "Voie" passe par le seuil indiqué dans la boîte de saisie "Seuil", dans le sens choisi (montant ou descendant). La voie de déclenchement ne peut être que l'une des voies actives. Si une seule voie est active, elle est utilisée automatiquement

c. Sur synchro externe

Dans ce cas, on utilise l'entrée **TRIG** de l'interface CAMPUS. Aucun paramètre n'est alors réglable

Pour arrêter les mesures, cliquer sur le même bouton **[Arrêter les mesures]** ou appuyer sur **[Echap]**

d. Le pré-trig ou pré-acquisition

Le déclenchement sur seuil ou sur signal externe ne permet généralement pas d'avoir les valeurs des tensions dès le début du phénomène étudié: l'interface attend le franchissement du seuil qui peut avoir lieu un peu après ce début. Le pré-trig a été introduit pour remédier à cette difficulté. En effet, lorsque le pré-trig P (en %) est différent de zéro, l'interface commence les mesures dès leur lancement, mais ne renvoie à l'ordinateur que les mesures réalisées à partir de l'instant précédent le déclenchement " officiel " (seuil ou externe) de P % de la durée totale choisie.

Exemple : Si la durée totale est de 200 ms et le pré-trig réglé sur 25%, alors l'interface renvoie au logiciel les valeurs mesurées à partir de $200 \times 25 / 100 = 50$ ms avant le passage de la tension de synchronisation par la valeur de seuil.

Utiliser le pré-trig n'a véritablement de sens que lorsque la rapidité du phénomène étudié ne permet pas de déclencher manuellement au bon moment. Il n'est donc disponible que pour des durées totales d'acquisition inférieures ou égale à une limite, dont la valeur par défaut est de 5,0 s. Cette limite est paramétrable dans les options. Lorsque le pré-trig est actif, on peut voir sur le graphe un trait vertical rouge indiquant l'instant où les conditions de déclenchement étaient réunies.

4. Le mode permanent

En mode simple (non permanent), l'interface ne réalise qu'une acquisition suite au clic sur **[Démarrer l'acquisition]**. En mode permanent, elle recommence constamment une nouvelle acquisition dès la fin de l'acquisition en cours et l'affichage des mesures correspondantes. En mode permanent, vous pouvez changer les réglages, et toute modification est immédiatement prise en compte. En mode non permanent,

vous devez arrêter l'acquisition ou attendre la fin avant de pouvoir changer les réglages. L'acquisition en mode permanent s'apparente au balayage de l'oscilloscope. Elle est entre autres utile pour faire des réglages sur le montage étudié en préparation de l'acquisition "utile" et exploitable. On peut cependant utiliser le mode permanent pour travailler comme avec l'oscillographe, mais ce n'est pas spécialement commode car il manque un grand nombre de fonctions !

5. Après les mesures

a. Ajouter une série de mesures

Il peut être utile de recommencer la même expérience plusieurs fois, en changeant un paramètre. Pour comparer les résultats, on peut disposer les courbes des différents essais sur le même graphique. Or, par défaut, une nouvelle acquisition efface les mesures de l'acquisition précédente. Pour éviter cette suppression, cocher la case **[Ajouter les courbes]**. Les résultats de la dernière acquisition ainsi que ceux des acquisitions suivantes ne seront plus effacés. Il faut cependant conserver les mêmes réglages temporels (durée totale et nombre de points) pour que cela fonctionne. Au cas où ces réglages ont été changés, il suffit de cliquer sur le bouton **[Acquisition précédente]** pour y revenir.

Lorsqu'on réalise une nouvelle acquisition des tensions déjà acquises (avec l'option ajouter les courbes), la notation des séries de tensions mesurées correspondant à des réacquisitions s'enrichit d'une lettre indiquant le numéro d'ordre de la réacquisition. (a = première acquisition, b = seconde acquisition, u_{3b} est la seconde acquisition de la tension de la voie EA3...)

L'ajout des courbes est possible en mode permanent. La règle de l'identité des paramètres temporels doit également être respectée: si pendant le balayage, les paramètres temporels sont changés, toutes les acquisitions précédentes sont effacées et seule l'acquisition en cours sera retenue.

b. Examiner les valeurs

Les séries de valeurs des tensions mesurées sont affichées dans un tableau de valeurs qu'on peut examiner. Cliquer sur le bouton **[Afficher le tableau de mesures]**. Cliquer à nouveau sur ce bouton pour cacher le tableau.

c. Supprimer des valeurs

Lorsque le tableau des valeurs est visible, on peut supprimer une série (colonne entière) en cliquant sur la troisième case de la colonne. Il n'y a aucun moyen de récupérer les séries supprimées ! (il faut refaire les acquisitions...)

d. Reprendre depuis le début

Cette action permet de remettre tous les réglages tels qu'ils étaient au démarrage du programme. Cliquer sur le premier bouton de la barre d'outils. Les paramètres temporels par défaut sont réglables dans le panneau des Options.

e. Examiner le graphique

- Zoom

On dispose d'un zoom pour l'échelle verticale et d'un autre zoom pour l'échelle horizontale. On les active en cliquant sur les doubles loupes situées à l'une des extrémités des barres de défilement. Lorsqu'un des zooms est supérieur à 1, on peut déplacer le graphique en le saisissant (sur le fond blanc) avec la souris (bouton gauche). Lorsque le zoom est suffisamment important pour que les points d'une courbe soient espacés d'au moins 3 pixels, le logiciel dessine les points individuellement en plus

des segments qui les relient. Pour faciliter le positionnement avec zoom, placer approximativement les curseurs avant de zoomer, puis zoomer et ajuster leur position pour une mesure précise.

- [Graduations et quadrillage](#)

Les calibres des tensions utilisées pouvant être différents sur les différentes entrées utilisées, le logiciel peut afficher simultanément jusqu'à quatre échelles verticales différentes (deux à gauche et deux à droite). On peut sélectionner l'échelle pour laquelle le quadrillage sera tracé en cliquant simplement sur elle. Les courbes utilisant cette échelle sont dessinées en gras, les autres en traits fins.

- [Points et courbes](#)

L'examen des graphes ne saurait être complet sans l'affichage du nom de la série de la courbe pointée et des coordonnées de ses points: il suffit d'immobiliser le pointeur de la souris sur un point quelconque d'une courbe quelconque pour voir s'afficher dans la barre d'outils en haut le nom de la série et les coordonnées du point visé.

5. L'exploitation des mesures

a. Directement sur l'écran.

Il peut être utile de réaliser directement quelques mesures sur le graphique, sans passer par un transfert des résultats vers EXCEL, OPEN/LIBREOFFICE ou REGRESSI. Activer l'option en cliquant sur le 7ème bouton (deux règles jaunes croisées). Saisir les curseurs verticaux (mesure d'un intervalle de temps) et horizontaux (intervalle de tension). Dans ce dernier cas, il faut sélectionner l'axe utilisé pour la mesure :

- en cliquant directement sur l'axe
- en cliquant directement sur la courbe concernée
- en sélectionnant l'axe dans la boîte de dialogue.

Pendant les mesures, les acquisitions sont impossibles: il faut préalablement refermer la boîte d'affichage des mesures.

b. Transfert vers un fichier ou un tableur.

- [sélection de l'intervalle de temps retenu :](#)

Lorsqu'au moins une acquisition a été réalisée, on peut enregistrer les résultats dans un fichier ou transférer directement dans les tableurs REGRESSI, EXCEL et OPEN/LIBREOFFICE. L'ensemble des mesures n'est pas toujours utile: il peut être judicieux de sélectionner l'intervalle de temps réellement exploitable et transféré. Pour cela, utiliser les curseurs verticaux de couleur verte, qui par défaut se trouvent aux limites gauche et droite du quadrillage. Un index situé dans la marge supérieure permet de mieux les repérer. Dans le tableau de mesures, les valeurs de l'intervalle retenu sont légèrement surlignées.

- [sélection du type de transfert :](#)

On peut transférer les données dans des fichiers de type .txt, ou bien dans des fichiers au format REGRESSI .rw3. Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant pour voir apparaître les boîtes de dialogue.

On peut aussi transférer les valeurs directement dans les tableurs REGRESSI, EXCEL et OPEN/LIBREOFFICE, sans passer par un enregistrement sur disque. Précisons que lors du transfert dans EXCEL, la feuille de calcul ne s'affiche que lorsque le transfert est terminé. L'avancement du transfert est indiqué en haut dans la barre d'outils. Les acquisitions sont impossibles pendant ce transfert.

6. Les options

On peut sélectionner la durée totale par défaut ainsi que le nombre de points par défaut, c'est-à-dire les valeurs de ces paramètres au démarrage du programme ou bien après une nouvelle session de mesures

(après un clic sur le premier bouton de la barre d'outils). Cliquer sur le neuvième bouton de la barre d'outils. Les autres options concernent les transferts dans REGRESSI, EXCEL et OPENLIBREOFFICE: on peut choisir, lors d'un second transfert dans REGRESSI, de le faire dans une nouvelle page ou dans un nouveau fichier; pour EXCEL et OPENLIBREOFFICE, le choix est entre un nouveau classeur ou une nouvelle feuille dans le classeur actif.